

2019年8月2日

日本美容外科学会（JSAPS）会員
各位

日本美容外科学会（JSAPS）理事長 大慈弥裕之
医療安全委員会 楠本健司

BIA-ALCL 対策の緊急のお知らせ（2019.08.02）

以下、BIA-ALCL 対策の緊急文書をお送りします。特にご関係の会員の皆様には、内容をご了知いただき、診療ならびに患者様への対応をいただきますようお願い致します。

本内容は、日本オンコプラスチックサージャリー学会の BIA-ALCL 対策 WG（森弘樹委員長）に作成いただいた原案をもとに、4学会連名で会員向け、および患者向けの文書を作成し、厚労省の指導を受けたものです。

なお、インプラント待ちの患者様に関する内容は今後変化する可能性があります、更新事項は可及的早期に発信させていただきます。

添付内要一覧

・会員向け

M-1: BIA-ALCL の要点

M-2: BIA-ALCL について

M-3: BIA-ALCL 疑い症例に対する検査・治療フローチャート

・患者向け

P-1: BIA-ALCL についてよくあるご質問

P-2: ブレスト・インプラント（ゲル充填人工乳房）による乳房手術を受けた方へ

P-3: ブレスト・インプラント（ゲル充填人工乳房）による乳房再建を希望されている方へ

P-4: 乳房再建用ティッシュエキスパンダーの手術を受けブレスト・インプラント（ゲル充填人工乳房）による乳房再建を待機されている方へ

以上。